



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICOS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS CATORCE HORAS DEL DÍA PRIMERO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, SE REUNIERON EN EL AUDITORIO NO. 5. DE LA PLANTA ALTA DE LA UNIDAD DE CONGRESOS DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI, UBICADA EN LA AVENIDA CUAUHTÉMOC NO. 330, COLONIA DOCTORES, MÉXICO, D.F., C.P. 06000, LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE SE MENCIONAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, PARA REALIZAR EL ACTO DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICOS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

EN ESTA VIRTUD, EL PRESENTE ACTO DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO SE REALIZA DE ACUERDO A LOS SIGUIENTES. —

ANTECEDENTES

PRIMERO.- EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS, FRACCIÓN III, 26 TER, 27, 28 FRACCIÓN II, INCISO A), 29, 30, 32, 33, 33 BIS, 34, 35, 36, 36 BIS FRACCIÓN I Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 41 A Y 41 B DE SU REGLAMENTO, LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, CONVOCÓ A LAS EMPRESAS INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL, MEDIANTE RESUMEN DE CONVOCATORIA NÚM. 016 PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Y EN EL SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTRATACIONES GUBERNAMENTALES DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (COMPRANET) EL DÍA 25 DE MAYO DE DOS MIL DIEZ.

EN EL MISMO SENTIDO LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN A TRAVÉS DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO EMITIÓ LOS OFICIOS NÚMEROS 09538461-14B0/852, 853, 854, 855, 856 Y 857 DE FECHA 24 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, MEDIANTE LOS CUALES SE INVITÓ AL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS, A LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA, A LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA, A LA DIVISIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO Y DE TRATAMIENTO, A LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INMUEBLES Y A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN (CANACINTRA).

SEGUNDO.- CON FECHA OCHO Y NUEVE DE JUNIO DEL 2010 SE LLEVARÓN A CABO LAS JUNTAS DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 00641320-016-10.

TERCERO.- CON FUNDAMENTO EN EL PUNTO 1.3 DE LA CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, SE REALIZÓ EL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL NO. 00641320-016-10, EL DÍA DÍA DIECISIETE DE JUNIO DE 2010 A LAS 09:00 HORAS. —

DESARROLLO DEL EVENTO

PRIMERO.- DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 1.4 DE LAS BASES QUE RIGEN EL PRESENTE PROCESO LICITATORIO, SIENDO LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL PRESENTE ACTO, EL C. JOSÉ MANUEL JUÁREZ HERNÁNDEZ, REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN DE ESTE INSTITUTO, DESIGNADO CON OFICIO No. 09 53 84 51 14B0/0769, DE FECHA 17 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PROCEDIÓ A HACER LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTES.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICOS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

SEGUNDO.- ASISTIERON A ESTE ACTO, LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS LICITANTES QUE SE REGISTRARON EN LA LISTA DE ASISTENCIA, DOCUMENTO QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA PRESENTE ACTA.

TERCERO.- ACTO SEGUIDO SE PROCEDIÓ DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 37, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO, A DAR A CONOCER EL FALLO DE LA PRESENTE LICITACION, CONFORME A LOS OFICIOS NÚMEROS 09 53 84 61 2930/1008 ENTREGADO EN LA COORDINACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN EL DIA 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO Y EMITIDO POR LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA. Y OFICIO NÚMERO 09 53 84 1222/5083 DE FECHA 29 DE JUNIO DEL 2010, EMITIDO POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INMUEBLES, SIENDO ESTAS ÚLTIMAS LAS RESPONSABLES TOTALES DE LA EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL NUMERAL 32.1 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 36, DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO. POR SU PARTE, LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN POR CONDUCTO DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO, EN SU CALIDAD DE ÁREA CONVOCANTE DEL IMSS, PROCEDIÓ A LA REVISIÓN ADMINISTRATIVA CONTENIDA EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES. EN ESTA VIRTUD, A FIN DE DETERMINAR SI SE CUMPLEN CON LAS CONDICIONES REQUERIDAS POR EL IMSS, EMITEN EL SIGUIENTE: RESULTADO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO.

CUARTO.- RESPONSABLES DE LA EVALUACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS.

EVALUACIÓN TÉCNICO MEDICO EL DOCTOR ALEJANDRO MORALES ROJAS Y EL DOCTOR CARLOS FELIX MEDINA VILLEGAS, TITULAR DE LA COORDINACION DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA Y TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO RESPECTIVAMENTE.

EVALUACION TECNICA CORRESPONDIENTE A LA ADECUACIÓN DE ESPACIOS INGENIERO ARTURO FLAVIO JARAMILLO XICOTÉNCATL, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN, DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INMUEBLES, DE LA COORDINACION DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES.

EVALUACIÓN TÉCNICA CHISTIAN ALEXIS DIEZ OCAÑA, DE LA DIVISION DE SISTEMAS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO, DE LA DIRECCION DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVA, QUIEN SUSCRIBE EL ACTA.

LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES TÉCNICAS DE LAS EMPRESAS QUE NO CUMPLEN, SE ADJUNTAN AL ACTA.

FALLO

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y EN LOS ARTÍCULOS 36, 36 BIS Y 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, Y UNA VEZ ANALIZADAS LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DE LAS EMPRESAS Y VERIFICANDO QUE CUMPLEN CABALMENTE CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACIÓN Y COMPROBANDO QUE EL IMPORTE OFERTADO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA PARA LA PRESENTE LICITACIÓN, Y CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO, OPORTUNIDAD Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES PARA EL ESTADO SE DETERMINA ADJUDICAR DE LA SIGUIENTE MANERA.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICAS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

SE ADJUDICAN CONTRATOS, PARA CUBRIR LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO, ES DE RESALTAR QUE SE CONTRATARAN LAS CANTIDADES TOTALES DE LAS PARTIDAS INDICADAS EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN DE MÉRITO COMO ASÍ LO COTIZARON, COMO SE MENCIONAN EN LA PROPIA ACTA.

ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU EN M.N. SIN IVA	TOTAL EN M.N. SIN IVA
1	UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE	20	\$2687,069.00	\$53,741,380.00
2	UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE	20	\$2687,069.00	\$53,741,380.00
3	UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE	20	\$2687,069.00	\$53,741,380.00
19	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA DIGITAL CON TELEMANDO	9	\$9,135,00.00	\$82,215,000.00
	SUBTOTAL			\$243,439,140.00
	IVA			\$38,950,262.40
	TOTAL			\$282,389,402.40

SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU EN M.N. SIN IVA	TOTAL EN M.N. SIN IVA
4	UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE	20	\$2,700,914.00	\$54,018,280.00
7	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	20	\$2,104,012.00	\$42,080,240.00
10	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	17	\$2,104,012.00	\$35,768,204.00
	SUBTOTAL			\$131,866,724.00
	IVA			\$21,098,675.84
	TOTAL			\$152,965,399.84

CASA PLARRE, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU EN M.N. SIN IVA	TOTAL EN M.N. SIN IVA
5	UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE	13	\$2,675,000.00	\$34,775,000.00
8	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	20	\$2,108,000.00	\$42,160,000.00
9	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	17	\$2,108,000.00	\$35,836,000.00
11	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	13	\$2,108,000.00	\$27,404,000.00
12	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	10	\$2,108,000.00	\$21,080,000.00
21	UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL	21	\$2,108,000.00	\$44,268,000.00
	SUBTOTAL			\$205,523,000.00
	IVA			\$32,883,680.00
	TOTAL			\$238,406,680.00



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICAS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

SIEMENS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU EN USD SIN IVA	TOTAL EN USD SIN IVA
13	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA PARA ANGIOGRAFÍA	3	\$1,286,037.00	\$3,858,111.00
14	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA PARA ANGIOGRAFÍA	3	\$1,283,162.00	\$3,849,486.00
	SUBTOTAL			\$7,707,597.00
	IVA			\$1,233,215.52
	TOTAL			\$8,940,812.52

TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU EN M.N. SIN IVA	TOTAL EN M.N. SIN IVA
6	UNIDAD RADIOLÓGICA PARA UROLOGÍA	6	\$8,810,000.00	\$52,860,000.00
15	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN C	16	\$1,520,000.00	\$24,320,000.00
16	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN C	10	\$1,520,000.00	\$15,200,000.00
18	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN C	10	\$1,520,000.00	\$15,200,000.00
	SUBTOTAL			\$107,580,000.00
	IVA			\$17,212,800.00
	TOTAL			\$124,792,800.00

SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU EN M.N. SIN IVA	TOTAL EN M.N. SIN IVA
17	UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN C	14	\$1,505,459.00	\$21,076,426.00
	SUBTOTAL			\$21,076,426.00
	IVA			\$3,372,228.16
	TOTAL			\$24,448,654.16

EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PU EN M.N. SIN IVA	TOTAL EN M.N. SIN IVA
20	UNIDAD RADIOGRÁFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE	21	\$2,618,238.00	\$54,982,998.00
	SUBTOTAL			\$54,982,998.00
	IVA			\$8,787,279.68
	TOTAL			\$63,780,277.68

M J a

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
4/8



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICOS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

NO OMITIENDO MENCIONAR QUE LOS CONTRATOS TENDRÁN UNA VIGENCIA A PARTIR DE LA FIRMA DE LOS MISMOS Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.

SEGUNDO.- SE INFORMA A LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN, SUS PROPUESTAS PRESENTADAS NO RESULTARON GANADORAS TODA VEZ QUE EL PUNTAJE OBTENIDO DE CONFORMIDAD, CON LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN ES MENOR AL DEL LICITANTE ADJUDICADO.

PARTIDA	EMPRESA
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21	SIEMENS, S.A. DE C.V.
3	COMPañIA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.,
4, 5, 11, 12, 20, 21	ELECTRONICA Y MEDICINA, S.A.
7, 10, 13	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.
13, 14, 17	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
15, 18	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.
15, 16, 17, 18	DICIPA, S.A. DE C.V.

TERCERO.- SE INFORMA LAS EMPRESAS QUE A CONTINUACIÓN SE SEÑALAN QUE NO RESULTARON ADJUDICADAS TODA VEZ QUE DERIVADO DE LA CORRESPONDIENTE EVALUACIÓN, NO CUMPLE CABALMENTE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA DE LICITACIÓN.

PARTIDA	EMPRESA
1, 2, 3, 4, 5 Y 20	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.
13 Y 14	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.
19	SIEMENS, S.A. DE C.V.
19	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.

CUARTO.- SE CITA A LOS PROVEEDORES ADJUDICADOS, PARA QUE SE PRESENTEN A FIRMAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS QUINCE DIAS NATURALES POSTERIORES A LA EMISION DE ESTE FALLO, EN LA DIVISION DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO, UBICADA EN LA CALLE DE DURANGO NUMERO 291, PISO 10, COL. ROMA, DELEGACION CUAUHTEMOC, C.P. 06700, EN UN HORARIO DE 9:30 A 15:30 HORAS, PARA LO CUAL PREVIAMENTE DEBERÁ ENTREGAR COPIA Y PRESENTAR ORIGINAL PARA COTEJO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- ACTA CONSTITUTIVA Y EN SU CASO MODIFICACIONES A LA MISMA.
- AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL ANTE EL IMSS.
- COMPROBANTE DE DOMICILIO.
- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
- PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL.
- IDENTIFICACIÓN OFICIAL. CON FOTOGRAFÍA
- NÚMERO DE PROVEEDOR IMSS (EN CASO DE CONTAR CON ESTE)
- ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL QUE MANIFIESTE QUE REALIZÓ ANTE EL SAT, LA SOLICITUD DE OPINIÓN REALIZADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE ESTABLECE LA FRACCIÓN I, DE LA REGLA EN MENCIÓN, DEBIENDO ADJUNTAR AL MISMO EL RESPECTIVO " ACUSE DE RECEPCIÓN", CON EL QUE COMPRUEBE LA REALIZACIÓN DE DICHA SOLICITUD DE OPINIÓN.

ASÍ MISMO SE LES INFORMA, QUE DEBERÁN ENTREGAR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL MISMO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

J. a. C.

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICOS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS QUE SE ADJUDIQUEN ATRAVÉS DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO LICITATORIO, SERÁN DEL TIPO PARA BIENES DE INVERSIÓN, SERÁN SUSCRITOS POR EL JEFE DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA DELEGACIÓN Y UMAES, CORRESPONDIENTES AL DESTINO DE LOS BIENES, EL QUE LO SUSCRIBIRÁ COMO ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, DE IGUAL MANERA DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES AL FALLO.

POR OTRA PARTE, CON RESPECTO A LA GARANTÍA DE LOS BIENES, SE INFORMA: "EL PROVEEDOR ADJUDICADO DEBERÁ ENTREGAR CONJUNTAMENTE CON LOS BIENES UNA GARANTÍA DE FABRICACIÓN CON COBERTURA AMPLIA POR 36 (TREINTA Y SEIS) MESES" Y PARA EL CASO DE LA GARANTÍA PRESENTADA EN SU PROPUESTA DE PUNTOS Y PORCENTAJES, DEBERÁ DE ENTREGAR UNA COPIA PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO EN LA DIVISIÓN DE CONTRATOS Y APOYO TÉCNICO, UBICADA EN EL PISO 10 DEL EDIFICIO MARCADO COM EL NUMERO 291, DE LA CALLE DE DURANGO, COLONIA ROMA, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC.

CIERRE DEL ACTA

SE DIO LECTURA AL CONTENIDO DE LA PRESENTE, POR LO QUE NO EXISTIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCLUYE CON EL CIERRE DE LA MISMA A LAS 14:30 HORAS DEL DÍA DE SU FECHA DE INICIO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE, PARA LA DEBIDA CONSTANCIA Y EFECTOS LEGALES PROCEDENTES, LOS QUE INTERVIENEN EN ESTE EVENTO EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, MISMA, DE LA QUE, SE LES ENTREGA COPIA Y RECIBEN DE CONFORMIDAD. LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN PARTICIPANTE NO INVALIDARA SU CONTENIDO Y EFECTOS.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 37 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y POR EL NUMERAL 1.4 DE A CONVOCATORIA QUE RIGE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, SE FIJARA UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA EN EL TABLERO DE COMUNICACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN, SITUADO EN EL ONCEAVO PISO DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE DURANGO NO. 291, COL. ROMA NORTE, CÓDIGO POSTAL 06700, MÉXICO D.F., A TRAVÉS DEL CUAL SE DARÁ A CONOCER A LOS LICITANTES QUE NO HUBIERAN ASISTIDO A ESTE EVENTO EL LUGAR EN EL QUE, PODRÁN RECOGER UNA COPIA DE LA PRESENTE ACTA, SIENDO DE LA EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DE LOS LICITANTES ACUDIR A ENTERARSE DE SU CONTENIDO Y OBTENER COPIA DE LA MISMA, ASÍ MISMO EL CONTENIDO DE DICHA ACTA, PODRÁ SER CONSULTADO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PÁGINA <http://www.imss.gob.mx>.

POR LOS LICITANTES:

Nº.	EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
1.	VITALMEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	ROBERTO CERVANTES HERNANDEZ
2.	GE SISTEMAS MÉDICOS, S.A. DE C.V.	RAFAEL MARES MANRIQUE
3.	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	JAVIER ZAMBRANO GARCIA
4.	SERVICIO Y VENTA DE INSUMOS MEDICOS ESPECIALIZADOS , S.A. DE C.V.	GUILLERMO ORTÍPEZA M.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

R 2

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICOS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

Nº	EMPRESA	NOMBRE DEL REPRESENTANTE
5.	PROQUIGAMA, S.A. DE C.V.	SANDRA MARIGELA RAYON LOPEZ
6.	EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	FRANCISCO ARELLANO
7.	SUMINISTRO PARA USO MEDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.	HUGO REYES
8.	SIEMENS, S.A. DE C.V.	CLAUDIO VERONICA EGEE VILLANUEVA
9.	DICIPA, S.A. DE C.V.	JORGE VERA CALDERON
10.	CASA PLARRE S.A. DE C.V.	RICARDO DÍAZ
11.	ELECTRÓNICA Y MEDICINA S.A. DE C.V.	ISMAEL NAVA VILLAR

[Handwritten marks and signatures on the right side of the table]

POR EL IMSS:

REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO	<i>[Signature]</i> JOSE MANUEL JUÁREZ HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA	Laura Iwasaki Otake SE INVITO CON OFICIO 09538461-14B0/854
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	JOSÉ ANGEL OLIVOS OMAÑA SE INVITO CON OFICIO 09538461-14B0/852
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA	MTR. JORGE MORENO ROCHA SE INVITO CON OFICIO 09538461-14B0/855
REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE INMUEBLES	ING. LEONARDO ORTIZ A. SE INVITO CON OFICIO 09538461-14B0/857


[Handwritten marks and signatures on the right side of the IMSS table]

[Handwritten mark at the bottom left]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE DELEGACIONES
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE BIENES DE INVERSIÓN
 DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO MÉDICO

ACTA CORRESPONDIENTE DE LA COMUNICACIÓN DEL FALLO A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICAS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531).

REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN	NO ASISTIÓ
	SE INVITO CON OFICIO 09538461-14B0/8855
REPRESENTANTE DE LA DIVISIÓN DE SISTEMAS AUXILIARES Y DE DIAGNÓSTICO	CHRISTIAN URIBE LÓPEZ
	SE INVITO CON OFICIO 09538461-14B0/856
TESTIGO SOCIAL	 DR. ARMANDO RUÍZ MASSIEU

ACTA CORRESPONDIENTE A LA COMUNICACIÓN DEL FALLO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO No. 00641320-016-10 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO CONSISTENTE EN "UNIDADES RADIOLÓGICAS" (BIENES DE INVERSIÓN GRUPO DE SUMINISTRO 531)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCION MEDICA
 COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
 DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

R
 2
 9
 1
 2

EVALUACION TECNICO MEDICA

LICITACION: 00641320-016-10	CANTIDAD: 113
PARTIDA: 1, 2, 3, 4, 5 Y 20	
LICITANTE: SIEMENS, S.A. DE C.V.	
CLAVE SAI: 531.341.0499.01.01	MARCA: SIEMENS
CLAVE PREI: 00000000011824	MODELO: AXIOM MULTIX M
NOMBRE GENERICO	
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL	
GRUPO DE LICITACION: IMAGENOLOGIA	FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010

RESULTADO DE LA EVALUACION TECNICO MEDICA: CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACION.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANALISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TECNICA

EVALUACION POR PUNTOS Y PORCENTAJES

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NUMERO 2: 12.5 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NUMERO 3: 10 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 22.5

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

COORDINADOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

8
 G
 R
 1
 X
 X



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA
 DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

(Handwritten notes and signatures on the right margin)

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	20
LICITANTE:	COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.		
PARTIDA:	3		
CLAVE SAI:	531.341.0499.01.01	MARCA:	PHILIPS
CLAVE PREI:	000000000011814	MODELO:	DIGITAL.DIAGNOST.
NOMBRE GENERICO			
UNIDAD RADIOGRAFICA DE 500 MA CUBIERTA DESPLAZABLE DIGITAL			
GRUPO DE LICITACIÓN : IMAGENOLOGIA		FECHA: 25 JUNIO 2010	

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA
 EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 10.72 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 16.97
 OFERTA NO SOLVENTE

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

(Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas)

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

(Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas)

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCION MEDICA
 COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
 DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

[Handwritten signatures and initials in the top right corner]

CARACTERISTICA SOLICITADA	CARACTERISTICA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
4.3 Con 100 discos CD-R	4.3 Con 110 discos CD-R	En la documentación presentada por el licitante, no comprueba 110 discos CD-R
4.4 Con 20 discos DVD-R	4.4 Con 22 discos DVD-R	En la documentación presentada por el licitante, no comprueba 22 discos DVD-R
9. Normas y estándares: Certificado FDA ó CE ó su equivalente emitido por la Autoridad sanitaria del país de origen.	6. Normas y estándares: Certificado FDA	El certificado presentado ampara el modelo TXR 525 high voltage.
9.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.		
A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 3, 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la LAASSP.		

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

[Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas]

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

[Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas]

TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

COORDINADOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]

[Large handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA
 DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	6
		LICITANTE:	SIEMENS, S.A. DE C.V.
PARTIDA:	6		
CLAVE SAI:	531.341.2495.01.01	MARCA:	SIEMENS
CLAVE PREI:	000000000011825	MODELO:	UROSKOP ACCES
	NOMBRE GENERICO		
UNIDAD RADIOLÓGICA PARA UROLOGÍA CON CR			
GRUPO DE LICITACIÓN:	IMAGENOLOGIA	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2010

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 12.5 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 18.75

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA.

(Vertical column of handwritten marks and signatures on the right margin)



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCION MEDICA
 COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
 DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

[Handwritten signatures and initials]

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	20, 20, 17, 17, 13, 10 Y 21 RESPECTIVAMENTE
		LICITANTE:	SIEMENS, S.A. DE C.V.
PARTIDA :	7,8,9,10,11,12 Y 21		
CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	MARCA:	SIEMENS
CLAVE PREI :	000000000011823	MODELO:	MOBILETT XP DIGITAL
NOMBRE GENERICO			
UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL DIGITAL			
GRUPO DE LICITACIÓN :	IMAGENOLOGIA	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2010

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA
 EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 12.5 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 18.75

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

[Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas]

[Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas]

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCION MEDICA
 COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
 DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

Handwritten initials and marks at the top right of the page.

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	13 Y 10 RESPECTIVAMENTE
		LICITANTE:	ELECTRÓNICA Y MEDICINA, S.A. de C.V.
PARTIDA:	11 Y 12		
CLAVE SAI:	531.341.2479.03.01	MARCA:	TECHNIX
CLAVE PREI:	000000000011823	MODELO:	TMS 300
NOMBRE GENERICO			
U N I D A D R A D I O L O G I C A P O R T A T I L D I G I T A L			
GRUPO DE LICITACIÓN : IMAGENOLOGIA		FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010	

Vertical handwritten marks and initials on the right side of the page.

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 12.5 puntos

PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 18.75

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas

Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas

TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

COORDINADOR DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA

Handwritten mark at the bottom center.

Large handwritten mark at the bottom right.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCION MEDICA
 COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
 DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

[Handwritten marks and signatures]

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	.00641320-016-10	CANTIDAD:	3
		LICITANTE:	CASA PLARRE, S.A. DE C.V.
PARTIDA :	13		
CLAVE SAI:	531.341.2503.03.01	MARCA:	SHIMADZU
CLAVE PREI :	000000000011826	MODELO:	MH-300
		NOMBRE GENERICO	
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPICA PARA ANGIOGRAFIA DIGITAL			

[Handwritten marks and signatures]

GRUPO DE LICITACIÓN : IMAGENOLOGIA	FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010
------------------------------------	----------------------------

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 12.5 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 18.75

[Handwritten marks and signatures]

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

[Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas]

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

[Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas]

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

[Large handwritten signature 'F. E.' and other marks]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCION MEDICA
 COORDINACION DE PLANEACION DE INFRAESTRUCTURA MEDICA
 DIVISION DE EQUIPAMIENTO MEDICO

Handwritten initials: J R

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	3 Y 3 RESPECTIVAMENTE
		LICITANTE:	TELECOMUNICACIÓN Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.
PARTIDA:	13 Y 14		
CLAVE SAI:	531.341.2503.03.01	MARCA:	TOSHIBA
CLAVE PREI:	000000000011826	MODELO:	INFINIX VC
NOMBRE GENERICO			
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUROSCOPICA PARA ANGIOGRAFIA DIGITAL			
GRUPO DE LICITACIÓN : IMAGENOLOGIA		FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010	

Handwritten signature

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

Handwritten initials: J

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA, POR LOS MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
 EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

Handwritten initials: G

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 12.5 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

Handwritten signature

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 18.75

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

Handwritten initials: R

Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas

Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas

TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

Handwritten initials: Z

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten initials: J

Handwritten signature



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA
 DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

gza

EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	16, 10, 14 Y 10 RESPECTIVAMENTE
PARTIDA :	15,16,17 Y 18		
LICITANTE:	SIEMENS SA. DE CV.		
CLAVE SAI:	531.341.2552.01.01	MARCA:	SIEMENS
CLAVE PREI:	000000000011830	MODELO:	ARCADI VARIC
NOMBRE GENERICO			
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"			
GRUPO DE LICITACIÓN:	IMAGENOLOGIA	FECHA:	25 DE JUNIO DE 2010

gza

gza

CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

gza

PUNTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 12.5 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 18.75

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

[Handwritten marks and signatures]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA
 DIVISION DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

Handwritten initials: A, J, R

EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA

LICITACION: 00641320-016-10	CANTIDAD: 3 Y 3 RESPECTIVAMENTE
PARTIDA: 13 Y 14	
LICITANTE: VITALEX COMERCIAL, S.A. DE C.V.	
CLAVE SAI: 531.341.2503.03.01	MARCA: PHILLIPS
CLAVE PREI: 000000000011826	MODELO: ALLURA FD 20
NOMBRE GENERICO	
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA PARA ANGIOGRAFIA	
GRUPO DE LICITACIÓN: IMAGENOLOGIA	FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: NO CUMPLE.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA, POR LOS MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CARACTERÍSTICA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
1.5.11 Más 100 Kg. Para RCP de acuerdo al estándar IEC.	1.5.11 Más de 500 N Para RCP de acuerdo al estándar IEC. SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES. MANUAL 4, PAG. 8/10	Lo ofertado no corresponde con lo solicitado.
1.11.3 Disco duro con capacidad de almacenamiento de 100,000 imágenes sin comprimir, de 1024 x 1024 a 12 bits o mayor.	1.11.3 Disco duro con capacidad de almacenamiento de 100,000 imágenes sin comprimir, de 1024 x 1024 a 12 bits o mayor. FOLLET 2, PAG. 15.	En la documentación presentada por el licitante no comprueba que sean imágenes sin comprimir ni de 12 bits o mayor.
2.5.1 de 1000 PSI de presión o mayor	2.5.1 de 50 A 325 PSI de presión. SEGUN JUNTA DE ACLARACIONES, FOLLETO 17, PAG. 2	Lo ofertado no corresponde con lo solicitado.

9.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO.

A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 3. 3.1, 3.2, 3.3. y 3.4., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la LAASSP.

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas

TITULAR DE LA DIVISION DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA
 DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

R
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA

LICITACION: 00641320-016-10	CANTIDAD: 50
PARTIDA : 15, 16, 17 Y 18	
LICITANTE: DICIPA SA. DE CV.	
CLAVE SAI: 531.341.2552.01.01	MARCA: PHILLIPS
CLAVE PREI: 000000000011830	MODELO: BV ENDURA
NOMBRE GENERICO	
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C"	
GRUPO DE LICITACIÓN: IMAGENOLOGIA	FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010

CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA

EVALUACIÓN POR PUNTOS Y PORCENTAJES

PUNTOS MINIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERARSE SOLVENTE: 18.75

PUNTOS OBTENIDOS POR CUMPLIR CON LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 2: 12.5 puntos
 PUNTOS OBTENIDOS EN LOS NUMERALES MARCADOS CON EL NÚMERO 3: 6.25 puntos

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 18.75

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

[Handwritten signature of Dr. Carlos Félix Medina Villegas]

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

[Handwritten signature of Dr. Alejandro Morales Rojas]

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA
 DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

[Handwritten signatures and initials]

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	8
		LICITANTE:	SIEMENS, S.A. DE C.V.
PARTIDA :	19		
CLAVE SAI:	531.341.0481.05.01	MARCA:	SIEMENS
CLAVE PREI :	000000000011813	MODELO:	AXIOM LUMINOS dRF
		NOMBRE GENERICO	
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON TELEMANDO			

GRUPO DE LICITACIÓN : IMAGENOLOGIA	FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010
------------------------------------	----------------------------

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO NO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA, POR LOS MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CARACTERÍSTICA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
2.6.1 Fluoroscopia continua de 15, 18 o 30 cuadros por segundo con área útil de 43 X 43 X cm., 30 X 30 cm ó 20 X 20 cm., respectivamente	2.6.1.- Detector plano Campos de entrada 42 X 42.6 cm., 30 X 30 cm., 22 X 22 cm., 15 X 15 cm. Catálogo 1, Pág. 5 Fluoroscopia, reproducciones de hasta 30 cuadros por segundo. Manual 2, Pág. 97	La característica ofertada no corresponde estrictamente a lo solicitado.
2.6.2 Fluoroscopia pulsada de 1 a 15 cuadros por segundo	2.6.2.- Radioscopia pulsada 3, 7.5 y 15 Imág/s Catálogo 1 pág. 7	La característica ofertada no corresponde estrictamente a lo solicitado. Se solicita Fluoroscopia pulsada en un rango de 1 a 15 cuadros por segundo y oferta solamente tres valores puntuales 3, 7.5 y 15 imágenes por segundo.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 36. "...se deberá ofertar función de autoparado para distancia de 1.5 m."	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 38. "...se deberá ofertar movimiento simultáneo del tablero"	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 39. "...deberá contar con ángulos de corte de 8°, 20° y 40° con planos de corte de 0 a 30 cm o mayor".	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 40.	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.

[Handwritten marks and signatures on the right side of the table]



[Handwritten signature]

OPINIÓN TÉCNICO MÉDICA DE LA EVALUACIÓN

LICITACION:	00641320-016-10	CANTIDAD:	8
		LICITANTE:	SUMINISTRO PARA USO MÉDICO Y HOSPITALARIO, S.A. DE C.V.
PARTIDA :	19		
CLAVE SAI:	531.341.0481.05.01	MARCA:	VILLA SISTEMI MEDICAL
CLAVE PREI :	000000000011813	MODELO:	APOLLO
NOMBRE GENERICO			
UNIDAD RADIOLOGICA Y FLUOROSCOPICA CON TELEMANDO			

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

GRUPO DE LICITACIÓN : IMAGENOLOGIA	FECHA: 25 DE JUNIO DE 2010
------------------------------------	----------------------------

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN TÉCNICO MÉDICA: NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS IMPRESCINDIBLES POR LO TANTO NO PASA A LA SIGUIENTE FASE DE EVALUACIÓN.

LO ANTERIOR, DERIVADO DEL ANÁLISIS INTEGRAL Y EXHAUSTIVO A LA PROPUESTA TÉCNICA, POR LOS MOTIVOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CARACTERÍSTICA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
2.4.1 Longitudinal de 95 cm o mayor	2.4.1 Movimiento del conjunto Columna Guión detector de manera longitudinal de 160 metros y con una Cobertura total del paciente de 203 cm. CAT. 4 PÁG. 1	La característica ofertada no corresponde estrictamente a lo solicitado.
2.5.1 Desde 50 N hasta 200 N Junta de aclaraciones: Consecutivo IMSS 90 Pregunta: Solicitamos alentamente poder ofertar equipo con una fuerza de compresión de 5 N hasta 155 N max. Ajustable de forma continua ya que esta característica no repercute en el desempeño del equipo... Respuesta Lo puede ofertar así no se modifica.	2.5.1 Cono de compresión de 5kg. a 15kg. que equivale a 49.05 N a 147.15 N CAT 4 PÁG 3	Lo ofertado no corresponde a lo solicitado.
3.2.1 Capacidad de almacenamiento de 70,000 imágenes sin comprimir o mayor	3.2.1 Capacidad de almacenamiento de hasta 80,000 imágenes sin comprimir en mal. CAT. DELL ORTIPLEX PÁG. 2	No demuestra documentalmente lo ofertado.
3.2.1.1 Matriz de 1024 X 1024	3.2.1.1 Matriz de 1024 X 1024 KODAK TARJETA DE RED. RÁPIDA PÁG. 2.	No demuestra documentalmente lo ofertado.
3.2.1.2 A 12-bits o mayor	3.2.1.2 A 12 bits o mayor KODAK TARJETA DE RED. RÁPIDA PÁG. 2	No demuestra documentalmente lo ofertado.
3.2.3.4 12 bits o mayor	3.2.3.4 12 bits CAT. DELL SERIES (MONITOR) PÁG. 2	No demuestra documentalmente lo ofertado.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
 DIRECCION DE PRESTACIONES MEDICAS
 UNIDAD DE ATENCIÓN MÉDICA
 COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA
 DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

[Handwritten signatures and initials at the top right]

CARACTERÍSTICA SOLICITADA	CARACTERÍSTICA OFERTADA	MOTIVO DE INCUMPLIMIENTO
		ofertado.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 36. "...se deberá ofertar función de autoparado para distancia de 1.5 m."	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 38. "...se deberá ofertar movimiento simultáneo del tablero"	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 39. "...deberá contar con ángulos de corte de 8°, 20° y 40° con planos de corte de 0 a 30 cm o mayor".	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.
De acuerdo a la junta de aclaraciones pregunta con No. Consecutivo 40. "...deberá ofertar cámara de video integrada a colimador para el centaje del paciente".	No lo oferta	No incluye en su oferta la característica solicitada.
3.- CAUSALES DE DESCALIFICACION.		
A) Que no cumplan con alguno de los requisitos establecidos en esta Convocatoria contenidos en los numerales 3, 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4., y sus anexos, así como los que se deriven del Acto de la Junta de Aclaraciones y, que con motivo de dicho incumplimiento se afecte la solvencia de la propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 36 de la LAASSP.		

[Handwritten signatures and initials on the right side of the table]

DR. CARLOS FÉLIX MEDINA VILLEGAS

DR. ALEJANDRO MORALES ROJAS

TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO

COORDINADOR DE PLANEACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MÉDICA

LU(0/D)/S/JMHB

[Handwritten mark]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]